ZAFENA

Simple Simon PT-INR, hurtigguide
Kvalitetskontrollering

1

ZAP, Zafena Abnormal Plasma er en kontroll-plasma med INR verdi i det terapeutiske området. Kontrollen er beregnet til intern kvalitetskontroll av analyser som utføres med Simple Simon PT-INR.

2

Ta ut den blå buffer-løsningen fra kjøleskapet (2–8 °C) og varm den i hånden i ca. 30 sek til 2 minutter slik at den får romtemperatur.

3

Pipetter 2 x 200 µl med den grønne tilhørende pipetten og bland ved å rotere flasken ca. 1 minutt mellom håndflatene til alt kontrollmateriale har løst seg. Oppløst kontroll bør så stabiliseres minst 10 minutter før bruk.

4

Utfør analysering av kontrollen på samme måte som analysering av pasientprøver. Kontroll-grenser finnes oppgitt utenpå kontroll esken samt i pakkevedlegget med ferdig utfylt kontrollskjema.

5

Oppløst kontroll som ikke brukes innen ett par timer skal lagres i kjøleskap (2–8 °C) i de medfølende små plastrør med rød kork. Overføres enten ved å helle over eller pipettere.

6

Når kontrollene senere tas ut av kjøleskap skal den varmes noe ved å holde den i hånden i ett minutt.

7

I tillegg bør kontrollen forsiktig blandes med en pipettespiss eller en mixxoCap. Kontroll som skal brukes under en 14 dagers periode skal tilbake til kjøleskaps-lagring innen en time etter bruk.

ZAP KONTROLL, OPPBEVARING

Tillaget ZAP i plastrør i kjøleskap 2–8 °C: 14 dager

Tillaget ZAP i plastrør i romtemperatur <28 °C: 1 dag

Uoppløst ZAP og blåbuffer i kjøleskap 2–8 °C: Holdbarhetsdato angitt på flasker

ZAFENA +47 99 11 83 00 post@zafena.no zafena.no